

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΠΡΟΣ:** Κάθε Ενδιαφερόμενο  
**ΚΟΙΝ:** ΝΙΜΤΣ/ΥΠΕΕΔ  
 ΝΙΜΤΣ/ΔΟΥ  
 ΝΙΜΤΣ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ  
 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΕΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 Τηλ. (εξωτ): 210 7288137, 170  
 Φ.900/80/ 7377  
 Σ. 1614  
 Αθήνα, 19 Οκτ 17

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών του υπ' αριθ. Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού Νο 20/2017(Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 45273,1)

**ΣΧΕΤ.:** α. Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
 β. Φ.600.15/22/6337/Σ.1309/19 Σεπ 2017/ ΝΙΜΤΣ/Τμήμα Προμηθειών  
 γ. Φ.900/68/6589/Σ.1378/26 Σεπ 2017/ΝΙΜΤΣ/Τμ.Προμηθειών  
 δ. Προσφυγή της Εταιρείας SANTAIR ΑΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1. Σύμφωνα με τα (γ) και (δ) σχετικά και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες με την επίτευξη όσο το δυνατόν ευρύτερης συμμετοχής, η επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών που ορίστηκε με το (β) όμοιο προχώρησε σε επαναξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών του υπ. αριθ. 20/2017 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Χειρουργικών Τραπεζών .

2. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη όσα επισημαίνονται στο (δ) σχετικό σας γνωρίζουμε ότι:

Η τεχνική προδιαγραφή του Παραρτήματος «Α» του (γ) σχετικού «Α.18.Να διαθέτει σύστημα για την αποφυγή σύγκρουσης της χειρουργικής επιφάνειας με το δάπεδο σε περίπτωση λάθους χειρισμού από το χρήστη» παραλείπεται από την Διακήρυξη.

3. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και αναμένουμε όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή.

Ακριβές αντίγραφο

Ταχχος Γεώργιος Γιαννακός  
 Δντής- Συντονιστής

Λγος (Ο) Γεώργιος Πλαστάρας  
 Προϊστ. Τμ. Προμηθειών